

Szczecinek, 17.01.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Nr sprawy 19/2021

**ZAWIADOMIENIE ODRZUCENIU OFERTY**

**dotyczy: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU –  
DOGRYWKA**

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy OPTIMED PRO-OFFICE A.P. SZEWCZYK SPÓŁKA  
JAWNA Ul. Forteczna 5 32-086 Węgrzce :

- na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

Zamawiający wymagał dostawy portów w całości tytanowych, udzielając odpowiedzi na pytania Zamawiający dopuścił pory wykonane komora tytanowa/ obudowa z żywicy epoksydowej. Wykonawca zaferował port wykonany komora tytanowa/ obudowa z tworzywa polysulfone tym samym nie spełniając wymagań określonych w SWZ.

Zamawiający

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Anetta Bibik-Mularczyk