

Szczecinek, 21.10.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Nr sprawy 14/2021

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

dotyczy: DOSTAWA – PODKŁADY

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna. Ul. Częstochowska 38 lok.52 93-121 Łódź
- na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

1. Zamawiający wymagał aby w Pakiecie 1 poz. 1 Wykonawca zaoferował podkład na stół operacyjny 5 warstwowy, według przedstawionych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych zaoferowany podkład operacyjny Economy Sahara Sheet zbudowany jest z trzech warstw a tym samym nie spełnia wymagań określonych w SWZ.

2. Zamawiający wymagał aby w Pakiecie 1 poz. 2 Wykonawca zaoferował podkład absorbcyjny o przepuszczalności powietrza 3500g/m2/24h. Wykonawca zwrócił się o dopuszczenie podkładu absorbcyjnego podając jego wybrane parametry, który został dopuszczony do postępowania. Zamawiający dopuszczając w/w podkład absorbcyjny nie zniósł pozostałych wymagań określonych w SWZ a nie wymienionych w pytaniu Zamawiającego. Z przedłożonych dokumentów przedmiotowych wynika iż zaoferowany podkład absorpcyjny nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Zamawiający 
Aneta Bibik-Mularczyk