

Szczecinek, 09.09.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**Nr sprawy 12/2022**

**ZAWIADOMIENIE ODRZUCENIU OFERTY**

**dotyczy: DOSTAWA – OBŁOŻENIA OPERACYJNE II**

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Zarys International sp. z o.o. s.k. w zakresie pakietu nr 6 Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający w załączniku 2a do SWZ określił parametry jakościowe oczekiwane przy realizacji zamówienia, dodatkowo Zamawiający udzielając w dniu 18.07.2022 odpowiedzi na pytania Wykonawców zmodyfikował wymagania dopuszczając wyroby zaoferowane w takim zakresie jakie zostały opisane ich parametry jakościowe w zadanym pytaniu. Oba dokumenty należy czytać łącznie.

1. Pakiet 6 składowa nr 4 Zamawiający wymagał: taśmy lepnej 9x49cm ±2cm, wykonanej z włókniny poliestrowej 40g/m<sup>2</sup> oraz folii PE 27,5 mikronów - 1 szt

Zamawiający dopuścił taśmę lepną wykonaną z włókniny spunlace.

Z załączonych przez w/w firmę dokumentów wynika, że zaoferowana taśma posiada gramaturę 68 g/m<sup>2</sup>, a zatem jest niezgodna z wymaganiami SWZ.

2. Pakiet 6 składowa nr6 Zamawiający wymagał drenu z końcówką typu Yankauer z PVC 24CH/17CH 2,1 m. Yankauer 20CH 16 cm, okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt.

Firma Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. , zgodnie z załączonymi dokumentami, zaoferowała końcówkę Yankauer 21 CH 16 cm, a zatem jest niezgodna z wymaganiami SWZ

3. Pakiet 6 składowa nr 16 Zamawiający wymagał igły iniekcyjnej bezpiecznej z zapięciem 21G 40mm (zielonej) – 1 szt

Firma Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. zaoferowała igłę w kolorze różowym, a zatem jest niezgodna z wymaganiami SWZ.

Podsumowując, firma Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. zaoferowała zestaw niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Załączone dokumenty nie potwierdzają spełniania wymogów określonych przez Zamawiającego w związku z tym w zakresie pakietu nr 6 oferta w/w firmy podlega odrzuceniu, jako niezgodna z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

78-400 Szczecinek | ul. Kościuszki 38 | tel.: 94 37 26 711 | fax: 94 37 26 709

e-mail: [sekretariat@szpital.szczecinek.pl](mailto:sekretariat@szpital.szczecinek.pl)

NIP: 673-18-57-008 | Regon: 320524190 | Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy nr KRS 0000307313

Kapitał zakładowy: 22 449 000,00 zł