Szpital Szczecinek

Szczecinek, dnia 01.03.2018 r.

Aesculap Chifa sp. z o.o
Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyroby medyczne – endoskopia,staplery i inne

Nr sprawy 03/2018

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – pakiet 11

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający odrzuca ofertę na dostawę wyrobów medycznych– endoskopia,staplery i inne – Pakiet nr 11.
Uzasadnienie;
Zamawiający w trakcie badania i oceny oferty oraz na podstawie pisma innego Wykonawcy, który dokonał wglądu do Państwa oferty, uznaje złożoną przez Państwa ofertę za niezgodną z treścią SIWZ, a tym samym podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający w przedmiocie zamówienia określonym w pakiecie 11 poz 1-5 wskazał dodatkowy wymóg „ blokada mechaniczna strzału, wymagane ręczne zwolnienie blokady przed strzałem niezależnie od położenia pokrętła regulacji wysokości zamknięcia zszywki.". Wymagane przez zamawiającego rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie oddania strzału w sytuacji w której wskaźnik pokrętła znalazł się w zielonym polu okienka podglądowego wbudowanego w stapler. Praktyka w skutek której doszło do zmiany SIWZ wskazuje że zdarzają się sytuacje w których po znalezieniu się wskaźnika w zielonym polu wbudowanym w stapler okienka podglądowego dokonywane są przez operatora ostateczne poprawki jego ułożenia, co w przypadku braku dodatkowej blokady skutkować może przypadkowym oddaniem strzału i incydentem medycznym.
Rozwiązanie zaoferowane przez Państwa i analiza dostarczonej próbki w postępowaniu nr 18/2017 wskazuje, że Państwa oferta jest nie zgodna z SIWZ. Zamawiający tym samym wskazuje, że wymagane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane przez więcej niż jednego producenta a zatem nie nosi ono znamion patentu producenckiego, w związku z powyższym nie mają tym samym zastosowania unormowania dotyczące równoważności,
Zgodnie z posiadaną wiedzą rozwiązanie wymagane w SIWZ stosują między innymi następujący producenci: Purge Surgical, Evomed, Covidien, Panther Healthcare, Changzhou Haida Medical Equipment, Changzhou Haiers Medical Devices, Golden Stapler Surgical, Surkon Medical, Changzhou Ankang Medical, Changzhou Health Microport, Changzhou Anker Medical , Victor Medical, QJ Medical.

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
78-400 Szczecinek , ul. Kościuszki 38 , tel.: 94 37 26 700 , fax: 94 37 26 709
e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl
NIP: 673-18-57-008 , Regon: 320524190 , Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000307313
Kapitał zakładowy: 16 183 000,00 zł