

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

**Do wszystkich Wykonawców**  
**Nr sprawy 11/2021**  
**Ogłoszenie nr 2021/S 117-304769**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:**

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1 –**

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 12:

Czy z uwagi na małą ilość zamawianego asortymentu tym samym planowanych zabiegów (Pakiet nr 12), Zamawiający dopuści by oferowane implanty ortopedyczne wraz z wymaganym instrumentarium były dostarczane bezpośrednio na zabieg, w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia, tym samym odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium i utworzenia magazynu depozytowego?

Wymóg utworzenia depozytu w ww. pakiecie jest także niekorzystny dla Zamawiającego. Przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca zmuszony jest do skalkulowania swojej oferty tak, by marża pokrywała dodatkowe wydatki, jakimi niewątpliwie jest magazyn depozytowy. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 2 –**

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 12, poz. 2:

Czy z uwagi na wycofanie produktu spełniającego opis w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowego, udoskonalonego implantu opartego na śrubach Biokompozytowych, wg. poniższej specyfikacji:

- Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 3 –**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 pkt. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 90-270 mm zamiast 110-290 mm oraz o ilości otworów w trzonie 3-12 zamiast 3-13?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 4 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 pkt. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69-135 mm zamiast 69-145 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 5 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. 1 pkt. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennie-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2,7mm lub 2,4 mm. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3,5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Płytki blokowane od strony: grzbietowo-bocznej ( w długości od 65mm do 208mm przy ilości od 3 do 14 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez), płytki blokowane od strony przyśrodkowej( w długości od 59mm do 201mm. ilości otworów w trzonie od 3 do 14) ,płytki prawe i lewe.

Płytki do wyrostka łokciowego prawe, lewe, 2,4,6,8,10,12 otworów w dł. od 86 do 216 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 6 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaferowania płytki bocznej o długości 140-300 mm zamiast 130-300 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 7 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 3 dopuści możliwość zaferowania płytki proste wąskiej o długości od 2 do 22 otworów – od 44 do 404mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 8 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 3 dopuści możliwość zaferowania płytki proste szerokiej o długości od 5 do 18 otworów – od 103 do 350mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 9 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III dopuści możliwość zaferowania płytek tytanowych wyposażonych w otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne 5,0/4,5 mm zamiast jednofunkcyjne blokujące 5,0 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 10 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 2 dopuści możliwość zaferowania płytki o długości 140-300 mm zamiast 141-301 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 11 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 3 dopuści możliwość zaferowania śrub korowych 4,5 mm zamiast blokowanych zakładanych w użyciu dynamometru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 12 –**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 13 –**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §5 ust. 4)

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 14 –**

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 5 ust. 7)

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 15 –**

Pakiet nr 8

1. Poz. I. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoźdźcia tytanowego do bliższej nasady kości udowej, blokowany, kaniulowany, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. Gwóźdź o średnicy 10-12mm (ze skokiem co 1mm) i długości 180-200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°, 130°, 135°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 16 –**

Pakiet 8

2. Poz. I. 2.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby zespalającej z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją  $\varnothing 10,5\text{mm}$  o długości 80-120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 17 –**

Pakiet 8,

3. Poz. I. 4.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby blokującej  $\varnothing 5,0\text{mm}$  z gniazdem typu torx o długości 30-80mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 18 –**

Pakiet 8

4. Poz. II. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoźdźca tytanowego do bliższej nasady kości udowej, blokowany, kaniulowany, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwoździec o przekroju okrągłym. Gwoździec o średnicy 10-12mm (ze skokiem co 1mm) i długości 280-420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym. Promień gięcia w części dalszej  $R=2000\text{mm}$ . Kąt szyjkowo-trzonowy  $125^\circ$ ,  $130^\circ$ ,  $135^\circ$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 19 –**

Pakiet 8,

5. Poz. II. 2.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby zespalającej z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją  $\varnothing 10,5\text{mm}$  o długości 80-120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 20 –**

Pakiet 18

6. Poz. II. 4.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby blokującej  $\varnothing 5,0\text{mm}$  z gniazdem typu torx o długości 30-80mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 21 –**

Pakiet 8

7. Poz. III. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoźdźca przeznaczonego do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Gwoździec kaniulowany, blokowany, uniwersalny do kończyny prawej i lewej. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Średnica gwoźdźca 9-12mm (ze skokiem co 1mm) o długości 200-460mm (ze skokiem co 20mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 22 –**

Pakiet 8

8. Poz. III. 3.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów blokowanych  $\varnothing 6,5$  o długości 40-110mm; wkrętów rekonstrukcyjnych, kaniulowanych  $\varnothing 6,5\text{mm}$  o długości 60-120mm oraz wkrętów blokujących  $\varnothing 4,5\text{mm}$  o długości 30-90mm. Wszystkie posiadające gniazda sześciokątne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 23 –**

Pakiet 8

9. Poz. IV. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoźdźca tytanowego puszczelowego w części dalszej posiadającego min. 5 otworów (w tym 4 otwory

gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzy płaszczyzną stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem. Gwóźdź o średnicy 8-12mm (ze skokiem co 1mm) i długości 270-390mm (ze skokiem co 15mm). Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 24 –**

Pakiet 8

Poz. IV. 2.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby kompresyjnej M8x1,25 oraz śruby zaślepiającej L=0-15mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 25 –**

Pakiet 8,

Poz. IV. 3.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów blokujących Ø5,0 i 5,5mm o długości 30-90mm oraz Ø4,0 i 4,5mm o długości 25-80mm? Wszystkie wkręty posiadające gniazda typu torx.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 26 –**

Pakiet 8

Poz. V. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździa udowego, blokowanego, kaniulowanego, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Gwóźdź o długości 340-460mm (ze skokiem co 20mm), średnica 10-12mm (ze skokiem co 1mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 27 –**

Pakiet 8

Poz. V. 2.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania zaślepek o długości 0-15mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 28 –**

Pakiet 8

Poz. V. 3.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów blokujących Ø4,0mm, Ø4,5mm, Ø5,0mm, Ø5,5mm o długości 30-90mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 29 –**

Pakiet 8

Poz. V. 4.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych Ø7,5mm o długości 50-120mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 30 –**

Pakiet 8

Poz. VI. 1.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździa śródszpikowego ramiennego, blokowanego, tytanowego, kaniulowanego, uniwersalny do kończyny prawej i lewej. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich oraz 2 otwory dla gwoździ krótkich. Gwóźdź o średnicy 6-9mm (ze skokiem co 1mm), długość 180-320mm (ze skokiem co 20mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 31 –**

Pakiet 8

Poz. VI. 2.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śruby zaślepiającej o długości 0-5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 32 –**

Pakiet 8

18. Poz. VI. 3.: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów blokujących Ø3,0mm o długości 20-50mm oraz Ø4,0mm i 4,5mm o długości 25-70mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 33 –**

Pakiet 8

Czy w pakiecie 8, w pozycji I.4 Zamawiający dopuszcza oprócz śrub blokujących 4,9 mm, śruby blokujące o średnicy 5,0 mm w długościach od 26 mm do 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 34 –**

Pakiet 8

Czy w zadaniu 8, w pozycji II.4 Zamawiający dopuszcza oprócz śrub blokujących 4,9 mm, śruby blokujące o średnicy 5,0 mm w długościach od 26 mm do 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 35 –**

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: aktualnie Zamawiający nie ma możliwości technicznej odbioru faktur z PEF, akceptuje przesyłanie faktur na adres mailowy faktury@szpital.szczecinek.pl

**Pytanie 36 –**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy § 4 ust. 10 o następującej treści:

„10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.”

Powyższy postulat jest zgodny z art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), który przewiduje, że umowa zawiera postanowienia określające łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: wyraża zgodę

**Pytanie 37 –**

Dotyczy pakietu nr 1

Pozycja nr 7

Czy Zamawiający w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu nr 1 („Implanty odtwarzające powierzchnie stawowe”) zadanie 1 („Biomateriały do regeneracji powierzchni stawowej”) pozycję nr 7 i dopuści system do wykonywania nanozłamao składający się z rączki, podwyżki i drutu nitrynowego o średnicy 1mm wykonujący otwory o głębokości 9mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SWZ nr sprawy: 11/2021.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający