

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 11/2022
Ogłoszenie nr 00225810/01 z dnia 2022-06-27

dotyczy: postępowania

DOSTAWA – APARAT RENTGENOWSKI TYPU RAMIĘ C

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie

- 1) Dotyczy części Wózek z ramieniem C pkt. Nr 26
Czy zamawiający dopuści ramię C z odległością SID 95 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie

- 2) Dotyczy części Monitor, tor wizyjny pkt. Nr 43
Czy zamawiający dopuści Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji zamiast TV OUT? Jest to obecnie nowocześniejszy i bardziej efektywny sposób podłączenia urządzeń peryferyjnych typu monitor lub nawigacja

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie

- 3) Dotyczy Umowy §4 ust 4
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę, zamieszcza zmieniony wzór umowy

Pytanie

- 4) Dotyczy Umowy §4 ust 8
Prosimy uwzględnienie w powyższym zapisie wymiany sprzętu na nowy po trzeciej naprawie tego samego istotnego elementu (generator, detektor). Wymiana aparatu po trzech naprawach gwarancyjnych jest nieuzasadniona, gdyż naprawy mogą dotyczyć mało istotnych elementów jak: myszka, kabel i z tego powodu nie wymienia się urządzenia na nowy.

W związku z powyższym, bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na powyższą zmianę

Odpowiedź:

Zamawiający: wyraża zgodę, zamieszcza zmieniony wzór umowy

Pytanie

- 5) Dotyczy Umowy §5 ust 2

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SWZ nr sprawy: 11/2022.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
Anetta Bibik-Mularczyk

SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
78-400 SZCZECINEK
tel. 94 37 60 700, fax 94 37 26 709
NIP 524-000-000, REGON 1420324100