

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 38  
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców  
Nr sprawy 17/2021  
Ogłoszenie nr 508095-2021-PL z dnia 08/10/2021

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:**

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu nr 53 L.p. 2

Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach 227x133 cm. Koc na całe ciało pacjenta dorosłego, dedykowany jest do wskazanego przez Zamawiającego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 2**

W związku z ogłoszeniem postępowania 17/2021 zwracam się z następującymi zapytaniami dotyczącymi akcesoriów do defibrylatorów LIFEPAK, pakiet 10, pozycje 6 i 9 oraz pakiet 25, pozycja 3 i 4.

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były akcesoriami oryginalnymi, przetestowanymi do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnymi z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga, oferowane w postępowaniu produkty mają być kompatybilne z defibrylatorami LIFEPACK

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny papier do defibrylatorów LIFEPAK 12/15 o wymiarach 106,5 mm x 22 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do osobnego pakietu akcesoria do defibrylatorów LIFEPAK?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 49 poz. 2 Igiła lokalizacyjna - zestawu do lokalizacji zmian wewnątrztkankowych pod kontrolą RTG, z systemem zamykającym, umożliwiającym w przypadku niewłaściwego założenia ponowne zamknięcie i repozycję, bez konieczności wychodzenia z tkanki. Rozmiary 20G 100mm i 125mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 6**

Pakiet 10 poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 50mmx30m lub 50mmx20m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza papier 50mmx20m

**Pytanie 7**

Pakiet 10 poz. 6,9

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 107mm x 23m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 8**

Pakiet 27 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papieru o czułości UPP 110 HG.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak, oczekuje dostawy papieru UPP 110HG

**Pytanie 9**

Pakiet 27 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach papierów kompatybilnych z powodzeniem stosowanych w wielu placówkach medycznych

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 10**

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracyjnej bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 11**

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracyjnej bakterii i wirusów na poziomie 99,999% i przestrzeni martwej 35 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 12**

akiet nr 7, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze standardowo ściętym koniuszkiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 13**

Pakiet nr 7, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści 1-częściowy kołnierz ortopedyczny, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 14**

Pakiet nr 7, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z zamykanym mechanicznie (zatyczką na uwięzi) portem do odsysania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 15**

Pakiet nr 7, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16 ml, oporze przepływu 0,5cmH<sub>2</sub>O przy 30l/min, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 16**

Pakiet nr 7, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z zamykanym mechanicznie (zatyczką na uwięzi) portem do odsysania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 17**

Pakiet nr 7, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 15 ml, wadze 8g, oporze przepływu 0,5hPa przy 30l/min i skuteczności nawilżania 32 mg/l H<sub>2</sub>O przy Vt=500 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 18**

Pakiet nr 7, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru OCŻ o długości ok. 260 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 19**

Pakiet nr 7, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkowym ramieniem o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 20**

Pakiet nr 7, pozycja 27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania kapturka zabezpieczającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

#### **Pytanie 21**

Pakiet nr 7, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z materiału EVA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

#### **Pytanie 22**

Pakiet nr 7, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 23**

Pakiet nr 7, pozycja 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania kapturka zabezpieczającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

#### **Pytanie 24**

Pakiet nr 7, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z materiału EVA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

#### **Pytanie 25**

Pakiet nr 7, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz martwą przestrzeń o złączu 15F/22M-22F, długości 131 – 193 mm i przestrzeni martwej +/- 10% od podanych wartości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 26**

Pakiet nr 7, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści łącznik o kącie 90°, stałe średnicy, łącznik rozciągliwy (długość całkowita): od 131 mm do 193 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

#### **Pytanie 27**

Pakiet nr 7, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do monitorowania stężenia CO<sub>2</sub> o długości 210 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 28**

Pakiet nr 7, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem w zakresie 5-250 ml/h, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 29**

Pakiet nr 7, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50 mm, pakowaną po 50 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 30**

Pakiet nr 7, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o podłożu piankowym, średnicy 30 mm, pakowaną po 50 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 31**

Pakiet nr 7, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 40,8 x 34 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 32**

Pakiet nr 7, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 60 x 66 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 33**

Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pozycjonery pakowane a'1szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 34**

Pakiet nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli 216 par pozycjonerów czy 36 op. x 216 par, tj. 7776 par pozycjonerów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: 216 par

**Pytanie 35**

Pakiet nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Oferowany worek na wymiociny jest z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 36**

Pakiet nr 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Oferowany worek na wymiociny jest z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 37**

Pakiet nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 38**

Pakiet nr 35, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 39**

Pakiet nr 77, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową wykonaną z PCV, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 40**

Pakiet nr 78, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 41**

1. Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie w zadaniu nr.44 poz. 1 cewniki silikonowe 13,5 Fr i długości 20 cm bez opatrunku w zestawie . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 42**

2. Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie w zadaniu nr.44 poz. 2 cewniki silikonowe 13,5 Fr i długości 24 cm bez opatrunku w zestawie . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 43**

Pytanie 1 do pakietu 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 10,11 (akcesoria do Spirometru). Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie większego wachlarza wyboru dla Zamawiającego zarówno cenowego ,jak i asortymentowego .

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 44**

Dotyczy Pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści dotychczas stosowany zestaw do mieszanego znieczulenia zawierający: igłę Tuohy z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły; igłę podpajęczynówkową 27G o długości 122 mm z otworem bocznym (Pencil Point) oraz uchwyciem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufixowania jej w igle Tuohy, cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny

przez 96 h; strzykawkę niskooporową z końcówką luer slip 10 ml; zatraskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykietę identyfikacyjną cewnika ZO; gąbkowy uchwyty do mocowania cewnika do skóry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 45**

Dotyczy Pakietu nr 78:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym, z pojedynczym znacznikiem głębokości, z oznaczeniem na baloniku kontrolnym nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 46**

Dotyczy Pakietu nr 78:

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z pojedynczym znacznikiem głębokości, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 47**

Dotyczy Pakietu nr 78:

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby rurki intubacyjne z pozycji 1 oraz 2 były wyposażone w mankiet niskociśnieniowy o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak

**Pytanie 48**

Pakiet 1, poz. 50-51

Czy zamawiający wydzieli poz 50-51 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 49**

pakiet 2, poz. 1,4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1,4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 50**

pakiet 2, poz. 1,4

1. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 51**

pakiet 2, poz. 1,4

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak

**Pytanie 52**

pakiet 2, poz. 1,4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 53**

pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 54**

pakiet 11, poz.3

czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 55**

pakiet 11, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 56**

pakiet 18, poz.32,

Czy zamawiający wydzieli poz.32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 57**

pakiet 28, poz. 4

czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane niesterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 58**

pakiet 33

poz.1

czy zamawiający dopuści pojemność 1,5 litra?

czy zamawiający dopuści zamknięcie typu okręć o zamknij?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 59**

pakiet 73

czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 60**

Pakiet 2, poz. 1-5,12-14

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 61**

Pakiet 42, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 62**

Pakiet 50, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 63**

Pakiet 50, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 64**

Pakiet 50, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 65**

Pakiet 50, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 66**

Pakiet 50, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 67**

Pakiet 50, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie ubrania tylko w kolorze niebieskim

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 68**

Pakiet 50, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny SMMS

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 69**

Pakiet nr 29. Staplery okrężne, liniowe z nożem i bez noża

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,6 mm. Rozmiary staplera: 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki odpowiednio: 4,8 mm, 4,8 mm, 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 70**

Pakiet nr 29. Staplery okrężne, liniowe z nożem i bez noża

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe staplery liniowe z nożem,



rozmiar 80mm, o dł. linii szwu 85,1 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze ładunkiem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 71**

Pakiet nr 29. Staplery okrężne, liniowe z nożem i bez noża

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki kompatybilne ze staplerem, opisanym w pytaniu do pozycji 2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający:

**Pytanie 72**

Pakiet nr 29. Staplery okrężne, liniowe z nożem i bez noża

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy, rozmiar 60mm, załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, o wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 73**

Pakiet nr 29. Staplery okrężne, liniowe z nożem i bez noża

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki kompatybilne ze staplerem, opisanym w pytaniu do pozycji 4?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 74**

Firma ..... zwraca się z prośbą o doprecyzowanie istniejącego zapisu zgodnie z poniższą propozycją: § 4 ust.9

Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia terminu

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 75**

Czy Zamawiający dopuści ofertę równoważną oparta na zasadach efektywności na produkt o rozwiązaniach, które poprawiają funkcjonalność i jakość leczniczą, przy zachowaniu parametrów użytkowych i przy zachowaniu zbliżonych kształtów i materiałów, co umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu i funkcji terapeutycznej i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych.: Proponowane materiały dla pakietu 24 są stosowane od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie, są wysokiej jakości stosowane od kilku lat w na terenie RP (nie odnotowano żadnych powikłań), produkty pochodzą z USA i posiadają wszelkie dokumenty typu CE i FDA, spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa, posiadamy referencje. Oferowane parametry podane w nawiasach:

Pozycja 1

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy (wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego) o wysokość 11 mm(12,1mm) i wadze 10,5 g(4,9g), średnia podstawy 28mm,(26,7mm) 5 otworów fiksacyjnych (3 otwory mocujące wypełnione silikonem), objętość własna 0,47 ml(0,52ml), średnica przegrody 13mm powierzchnia nakłucia 1,3 cm<sup>2</sup> (średnica membrany wynosi 12,1mm), komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przysycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć (bezpieczna ilość dla rozmiaru igły 22G-1500 nakłuć), dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm(1,27mm), a średnicy zewnętrznej 3,2 mm(2,08mm) (9,6 Fr)(8Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm(63cm) z naniesioną na

cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępą igłą do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm) do wkłucia do założonego portu, ( – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępą , igła hubera zakrzywna 22 g , Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica) Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi (300psi) przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 76**

pytanie 1 pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści ofertę równoważną oparta na zasadach efektywności na produkt o rozwiązaniach , które poprawiają funkcjonalność i jakość leczniczą, przy zachowaniu parametrów użytkowych i przy zachowaniu zbliżonych kształtów i materiałów , co umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu i funkcji terapeutycznej i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych.: Proponowane materiały dla pakietu 24 są stosowane od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie , są wysokiej jakości stosowane d kilku lat w na terenie RP ( nie odnotowano żadnych powikłań) , produkty pochodzą z USA i posiadają wszelkie dokumenty typu CE i FDA , spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa, posiadamy referencje. Oferowane parametry podane w nawiasach:

Pozycja 2

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy(wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego) o wysokość 11 mm (12,1mm) i wadze 10,5 g(4,9g), średnia podstawy 28mm (26,7mm), 5 otworów fiksacyjnych (3 otwory mocujące wypełnione silikonem), objętość własna 0,47 ml (0,52ml), średnica przegrody 13mm powierzchnia nakłucia 1,3 cm<sup>2</sup>(średnica membrany wynosi 12,1mm), komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przysycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć(bezpieczna ilość dla rozmiaru igły 22G-1500 nakłuć), dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm( 1,27mm), a średnicy zewnętrznej 2,2 mm(2,08mm) (6,6 Fr)(6Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm(63cm) z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępą igłą do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm) do wkłucia do założonego portu ( – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępą , igła hubera zakrzywna 22 g , Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica) Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi (300psi) przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 77**

pytanie 2 pakiet 24

W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o Uzasadnienie: podawanie konkretnych nazw (tu BLS- patent Vygon) , wymiarów stanowi bezzasadne zawężenie konkurencji przez co Zamawiający zmniejsza swoją szansę na otrzymanie jak najlepszej oferty cenowej. Pytanie zadane na podstawie ustawy PZP ( dot . Zachowania zasady efektywności, konkurencyjności i proporcjonalności) w przypadku braku zgody prosimy uzasadnić swoją decyzję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga odpowiedzi, dopuszczono

**Pytanie 78**

pytanie 3 pakiet 44

Czy cewniki są z przeznaczeniem do dializy krótkoterminowej czy długoterminowej (tj

cewniki permanentne) , w przypadku wymogu cewników długoterminowych prosimy o zwiększenie zakresu średnicy na 13.5 - 15.50F .

**Odpowiedź:**

Zamawiający: długoterminowej, nie dopuszcza

**Pytanie 79**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 51, poz. nr 2:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet do implantacji załonowej, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość min. 976 µm, max. 2314 µm wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wypustki

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm do implantacji załonowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 80**

2. Czy Zamawiający w razie wyrażenia zgody na powyższe pytanie wydzieli poz. nr 2 i utworzy osobny pakiet? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 81**

Pozycja nr 5 pakiet nr 60: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania : Pojemnik z plastiku , szczelny-bezpieczny dla preparatów wodnych, toksycznych, pojemność 250 - 300 ml zamykany na wcisk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 82**

Pakiet 42

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 13**

Pakiet 42

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodność z normą EN 455 potwierdzić raportem testowym przed wysyłką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 83**

Dotyczy pakietu nr 65 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu, odpowiadające stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga, dopuszcza

**Pytanie 84**

Dotyczy pakietu nr 66 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu, odpowiadające stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga , dopuszcza

#### **Pytanie 85**

Dotyczy pakietu nr 67 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga aby w opakowaniu znajdowały się samoprzylepne naklejki (metryczki) służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej, etykieta zasobnika z klipsami zawierała informację o produkcie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, sterylności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga, dopuszcza

#### **Pytanie 86**

Dotyczy pakietu nr 67 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga aby klipsy były pakowane w zasobnikach po 2, 4 lub 6 szt do wyboru przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wymaga , dopuszcza

#### **Pytanie 87**

Dotyczy pakietu nr 67 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści klipsy w innych opakowaniach zbiorczych z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 88**

Dotyczy pakietu nr 67 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania klipsów polimerowych II generacji z wewnętrznymi zębami o kształcie stożka pochyłego zakończonym ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia ok 45° przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa o podwyższonej stabilności poprzecznej na tkance min 12 N.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak

#### **Pytanie 89**

Dotyczy zapisów SWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

**Odpowiedź:**

Zamawiający: tak, wystarczające

#### **Pytanie 90**

Pakiet nr 26

Punkt nr 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elektrody jednorazowego użytku, pokryte hydrożelem, dzielone, powierzchnia 110cm<sup>2</sup>, rozmiar 122x 176, opakowanie 50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 91**

Pakiet nr 26

Punkt nr 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elastyczne sondy argonowe wielorazowego użytku, wtyczka owalna, dł. 2,2 m, fi 2,3mm, końcówka ceramiczna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 92**

Pakiet nr 26

Punkt nr 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem fi 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł.5m, wtyczka jednobolcowa, współpracująca z urządzeniem Erbe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 93**

Pakiet nr 26

Punkt nr 6 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem fi 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł.5m, wtyczka trzybolcowa, współpracująca z urządzeniem Emed, Valleylab?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 94**

Pakiet nr 26

Punkt nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę czynną lancet prosty romboidalny 25 x 1,8mm, uchwyt o średnicy 4mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 95**

Pakiet nr 26

Punkt nr 8 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę czynną igła, dł. igły 22mm, średnica igły 0,7mm, uchwyt o średnicy 4mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 96**

Pakiet nr 26

Punkt nr 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przewod do pęsety bipolarnej o dł. 3m lub 5m, wtyczka od strony instrumentu dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska fi 4mm; współpracujący z urządzeniem Erbe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 97**

Pakiet nr 26

Punkt nr 13 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przewod do pęsety bipolarnej o dł. 3m lub 5m, wtyczka od strony instrumentu dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; sterylizacja min. 300 cykli, kompatybilny z urządzeniem Emed ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, 5m

**Pytanie 98**

Punkt nr 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przewod do elektrody jednorazowego użytku długość 3m lub 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa fi 6,3mm; kompatybilny z urządzeniem Erbe i Emed, do dezynfekcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza, 5m

**Pytanie 99**

Pakiet nr 26

Punkt nr 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przewod do elektrody jednorazowego użytku długość 3m lub 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem, współpracujący z urządzeniem Valleylab i Force Triad, do dezynfekcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 100**

Pakiet nr 26

Punkt nr 16 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel o długości 5m, monopolarny do instrumentów laparoskopowych, dł. 5m, wtyczka od strony instrumentu trzybolcowa, od strony aparatu fi 4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 101**

Pakiet nr 26

Punkt nr 17 – Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania czyścików do elektrod , wymiary 5 x 5 cm x 0,5cm, pakowany sterylnie, 100 szt w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 102**

Pakiet nr 26

Punkt nr 18-21 – Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z pakietu nr 26 punktów 18-21, które nie są akcesoriami elektrochirurgicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 103**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 1 dopuści zamknięty port dostępu naczyniowego z dwu-światłową poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda, objętość wypełnienia 0,43ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, Dren wyposażony w zacisk do chwilowego zamknięcia Port dostępu naczyniowego posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 104**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 2 dopuści zamknięty port dostępu naczyniowego z trójświatłową poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda, objętość wypełnienia 0,31ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, Dren wyposażony w zacisk do chwilowego zamknięcia Port dostępu naczyniowego posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 105**

Czy Zamawiający w pakiecie 6, poz.3 dopuści kranik trójdrożny, dwa wyjścia zabezpieczone koreczkami, jedno systemem bezigłowym. Objętość wypełnienia 0,26ml. Kranik trójdrożny nowej generacji. Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczu, lipidów, chemioterapeutyków i leków najnowszej generacji. Bezpieczne dokręcanie do linii. „Safety Luer Lock” uniemożliwia przypadkowe odkręcenie się kranika, a jednocześnie wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Po podłączeniu z możliwością okręcania o 360°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 106**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.4 dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa trój-kranikowa z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem -systemem bezigłowym ( razem 4 systemy) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający 10,0 ml, rozgałęziacz 0.78 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji) z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka, zachowując przy tym pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 107**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz.5 dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa pięć-kranikowa z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem -systemem bezigłowym ( razem 6 systemów) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do

wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający 10,0 ml, rozgałęziacz 1,23 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji) z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka, zachowując przy tym pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 108**

Czy Zamawiający w pakiecie 4 5 dopuści igłę do blokady TAP o długości 85mm 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 109**

Czy Zamawiający w pakiecie 52 dopuści zamknięty systemem bezigłowy o małym rozmiarze, posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekařstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 20 barów, oraz posiada przepływ do 600 ml/min i małą objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć ( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 110**

Pakiet nr 48. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 7-gumkowy, każda z gumek w kolorze czarnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 111**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu nr. 26 do osobnego pakietu.

Umożliwi to większej ilości wykonawców złożenie Zamawiającemu oferty konkurencyjnej cenowo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 112**

Czy zamawiający zmieni termin płatności na 30 dni? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej cenowo

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

#### **Pytanie 113**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany w całości z wysokiej jakości, medycznego pcv nie zawierającego ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 114**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany w całości z wysokiej jakości, medycznego pcv nie zawierającego ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 115**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu składającego się z osobno pakowanych: przyrządu do przetaczania płynów światłoczułych oraz worka osłaniającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

#### **Pytanie 116**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany w całości z wysokiej jakości, medycznego pcv nie zawierającego ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 117**

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek o wymiarach 200mmx300mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 118**

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany w całości z wysokiej jakości, medycznego pcv nie zawierającego ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 119**

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 120**

Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 121**

Pakiet 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 122**

Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 2100mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 123**

Pakiet 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rampy wykonane z poliwęglanu bez zastawek/membran? Porty przystosowane do podłączenia strzykawek luer i luer-lock.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 124**

Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający oczekuje woreczków czy pojemnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: woreczków

**Pytanie 125**

Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści woreczki dedykowane osobno dla dziewczynek i chłopców? Typ do wyboru podczas zamawiania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 126**

Pakiet 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w rozmiarze ch6 z balonem 3ml oraz ch8 i 10 z balonem 3-5ml?

**Odpowiedź: nie** dopuszcza



Zamawiający:

**Pytanie 127**

Pakiet 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 128**

Pakiet 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 129**

Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier z nadrukiem, o wymiarach 50mm x 25mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 130**

Pakiet 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106x25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 131**

Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106mm x25mb?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 132**

Pakiet 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110mm x25mb?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 133**

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 134**

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 135**

Pakiet 11, pozycja 1, 2, 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 136**

Pakiet 11, pozycja 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 137**

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 130 cm, szerokości 160 cm, długość rękawa od ramienia 58 cm, wykończony poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 138**

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 125 cm, szerokości 150 cm, długość rękawa od ramienia 56 cm, wykończony poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 139**

Pakiet 11, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści majtki z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, kolor granatowy, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 140**

Pakiet 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch dla pacjenta z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z przodu rozcięcie wiązane na 1 parę troków, z tyłu troki do regulacji w talii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 141**

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej w kolorze granatowym z rozcięciem przy szyi Y bez troków, w rozmiarze uniwersalnym, o długości 120cm i obwodzie 140cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 142**

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS z rozcięciem z tyłu, wiązaną na troki w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 143**

Pakiet 11, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści piżamę z krótkim rękawem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 144**

Pakiet 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z folii PE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 145**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 146**

Pakiet 15, pozycja 1, 3, 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** nie dopuszcza

Zamawiający:

**Pytanie 147**

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 13**

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 148**

Pakiet 15, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 149**

Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 42x42cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 150**

Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60x52cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 151**

Pakiet 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 80x60cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 152**

Pakiet 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą, opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, w rozmiarze 10x12cm bez wycięcia na port pionowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 153**

Pakiet 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy 6x7cm z wkładem chłonnym 3x4cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 154**

Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści plaster poliestrowy zawierający celulozę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 155**

Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 156**

Pakiet 15, pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie wyraża zgody

**Pytanie 157**

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maseczki bez osłony na oczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 158**

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary o szerokości  $50\pm 1$ mm dla noworodków o obwodzie główki od 30 do 40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 159**

Pakiet 21, pozycja 2

Z jakiego materiału Zamawiający oczekuje osłonek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: na tak postawione pytanie nie można udzielić wiążącej odpowiedzi, to Wykonawca ma zaoferować produkt zgodny z zamieszczonym opisem,

**Pytanie 160**

Pakiet 21, pozycja 2

Jakiego rozmiaru osłonek Zamawiający oczekuje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: na tak postawione pytanie nie można udzielić wiążącej odpowiedzi, to Wykonawca ma zaoferować produkt zgodny z zamieszczonym opisem,

**Pytanie 161**

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonki w innym opakowaniu niż a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 162**

Pakiet 28, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu zbiorczym – 30 saszetek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 163**

Pakiet 28, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę usg niesterylne pakowane pojedynczo w warunkach laboratoryjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 164**

Pakiet 28, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości całkowitej 188mm, w tym długością główki 20mm, z symbolem metody sterylizacji „bez testu sterylizacji”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 165**

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 166**

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszewką o wymiarach 70x80cm, pozostałe wymiary zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 167**

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 168**

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 169**

Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 170**

Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści baseny pakowane zbiorczo a'120 sztuk, kompatybilne z podstawką w.u.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 171**

Pakiet 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podstawkę pod basen wielokrotnego użytku wykonaną z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 172**

Pakiet 32, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści baseny pakowane zbiorczo a'120 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 173**

Pakiet 32, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści miskę do mycia pacjenta o pojemności 4l i wymiarach 315x255x110mm, o wysokości ścian bocznych 11cm, o wadze 65g(+/-6g) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 174**

Pakiet 32, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści miski pakowane zbiorczo a'100szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 175**

Pakiet 32, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 176**

Pakiet 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wraz z osobno pakowanym proszkiem żelującym (woreczek 32g na 1000ml)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 177**

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 178**

Pakiet 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 179**

Pakiet 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 6N?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 180**

Pozycja 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 (1-3) potwierdzone raportem producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 181**

Pakiet 46, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarze CH8/700mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 182**

Pakiet 46, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra z ramionami w rozmiarze 500x180mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 183**

Pakiet 46, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra w rozmiarze CH18 z ramionami w rozmiarze 450x180mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 184**

Pakiet 46, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem dostępne w rozmiarach CH 12, 16, 20, 24, 28, 32 i 36?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 185**

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>, o odporności na wypychanie na sucho 106kPa, spełniające pozostałe wymagania techniczne zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: dopuszcza

**Pytanie 186**

Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w rozmiarze S, M, L?

**Odpowiedź:**

Zamawiający: nie dopuszcza

**Pytanie 187**

Pakiet 50, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie o odporności na wypychanie na sucho 77,9kpa, odporności na rozciąganie na sucho 79,7N, odporności na przenikanie drobnoustrojów 41 CFU?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 188**

Pakiet 50, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze niebieskim pakowane razem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 189**

Pakiet 50, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim i zielonym pakowane razem

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 190**

Pakiet 50, dotyczy wymagań do poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie, czy nie doszło do pomyłki w wymogu sterylności do asortymentu z tego pakietu, oraz o odstąpienie od wymogu posiadania samoprzylepnych naklejek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wymogu sterylności

**Pytanie 191**

Pakiet 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 192**

Pakiet 75, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 193**

Pakiet 76, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv, o budowie i oznaczeniach jak na zdjęciu:



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 194**

Pakiet 77, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z wysokiej jakości medycznego pcv?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 195**

Pakiet 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki do tygodniowej zbiórki moczu posiadające

**WŁASCIWOŚCI:**

- bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- samouszczelniający się bezglowy port do pobierania próbek
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżnienia typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu
- jednorazowego użytku
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 196**

Dotyczy Pakiet nr 80 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji parowej o odczycie po 20 min., kompatybilne z innym autoczytnikiem niż posiadany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza



**Pytanie 197**

Dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 29, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach Pakietu nr 29, poz.1 na stapler okrężny o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym vs opis przedmiotu zamówienia(kolumna „Wymagania”), tj. stapler posiadający wysokość otwartej zszywki 5,0mm vs zapis SWZ - wysokość otwartej zszywki 5,2mm oraz posiadający ergonomiczny, delikatnie karbowany uchwyt na powierzchni chwytniej, zapewniający efekt antypoślizgowy dłoni operatora vs zapis SWZ - ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką? Nadmieniamy, iż proponowany przez nas stapler okrężny spełnia jednocześnie treść pozostałych parametrów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w 100% zgodności z ich brzmieniem, wskazanym w kolumnie „Wymagania” dla poz. nr 1 Pakietu nr 29.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 198**

Dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 29, poz.2-3: Zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia względem sprzeczności pomiędzy wymaganiami, jakie są wskazane w zakresie przedmiotu zamówienia, stanowiącego treść pozycji nr 2 a przedmiotem zamówienia, stanowiącym treść pozycji nr 3, a mianowicie: czy Zamawiający w ramach poz. nr 2 dopuszcza złożenie oferty, zarówno na staplery liniowe posiadające nóż zintegrowany ze staplerem, jak również na staplery liniowe posiadające nóż wbudowany w ładunki do tych staplerów? Pytanie nasze uzasadniamy faktem wskazania przez Zamawiającego wymogu dla przedmiotu zamówienia w poz. nr 3(ładunek do staplera) w brzmieniu: „Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża).”, co interpretujemy, iż w ładunkach do staplera z poz. nr 2 Zamawiający oczekuje obecności noża pomiędzy dwoma rzędami zszywek, co stoi w sprzeczności z wymogiem, jaki Zamawiający stawia w poz. nr 2 względem staplera liniowego, gdzie wskazuje z kolei, iż oczekuje złożenia oferty na stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem. Wyjaśnienie tej sprzeczności przez Zamawiającego lub też dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości złożenia oferty na oba rodzaje rozwiązań technicznych, tj. zarówno na staplery liniowe posiadające nóż zintegrowany ze staplerem, jak również na staplery liniowe posiadające nóż wbudowany w ładunki do tych staplerów, w sposób bezsporny wpłynie na treść potencjalnych ofert, składanych przez wykonawców na Pakiet nr 29 i ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 29, co z kolei sprzyjać będzie prawidłowości przebiegu procesu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego w Pakiecie nr 29.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma żadnej sprzeczności, zgodnie z opisem stapler w pozycji 2 jest z nożem wiec w ładunku noża być nie może

**Pytanie 199**

Dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 29, poz.2: Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie lub zaprzeczenie, co do konieczności wymogu złożenia w tej pozycji oferty na staplery liniowe załadowane i gotowe do użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający tak zładaowane

**Pytanie 200**

Dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 29, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach Pakietu nr 29, poz.2 na stapler liniowy o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym vs opis przedmiotu zamówienia(kolumna „Wymagania”), tj. jednorazowe staplery liniowe bez noża(nóż wbudowany w ładunek) o dł. linii szwu 85mm vs zapis SWZ - jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 77mm oraz posiadające wysokość zszywki otwartej do tkanki standardowej 3,8mm vs zapis SWZ - wysokość zszywki otwartej do tkanki standardowej 3,58mm? Nadmieniamy, iż proponowane przez nas staplery liniowe bez noża(nóż wbudowany w ładunek), spełniają jednocześnie treść pozostałych parametrów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w 100% zgodności z ich brzmieniem, wskazanym w kolumnie „Wymagania” dla poz. nr 2 Pakietu nr 29.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 201**

Dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 29, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w ramach Pakietu nr 29, poz.3 na ładunek do staplera o równoważnym rozwiązaniu techniczno-użytkowym vs opis przedmiotu zamówienia(kolumna „Wymagania”), tj. ładunek z wbudowanym nożem do jednorazowego staplera liniowego vs zapis SWZ - ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem oraz ładunek do jednorazowego staplera liniowego o dł. linii szwu 85mm vs zapis SWZ - ładunek do jednorazowego staplera liniowego o dł. linii szwu 77mm? Nadmieniamy, iż proponowane przez nas ładunki z wbudowanym nożem, spełniają jednocześnie treść pozostałych parametrów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w 100% zgodności z ich brzmieniem, wskazanym w kolumnie „Wymagania” dla poz. nr 3 Pakietu nr 29.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

#### **Pytanie 202**

Dotyczy pakietu nr 56

1. Czy w celu uniknięcia zakłóceń w pracy bloku operacyjnego oraz ponoszenia dodatkowych kosztów, dzierżawiony w ramach pakietu nr 56 generator, ma posiadać funkcję automatycznej, samoczynnej aktualizacji oprogramowania w trakcie jego użycia? Pozwoli to na bezobsługową, a co za tym idzie nie generującą potrzeby wzywania serwisu ani każdorazowej celowej ingerencji personelu, aktualizację urządzenia niezbędną do jego prawidłowej pracy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

#### **Pytanie 203**

Dotyczy pakietu nr 56

2. Zamawiający w ramach pozycji nr 1 z pakietu nr 56 wymagana aby szczęki narzędzia były tępe. Czy Zamawiający w pozycji tej dopuści narzędzie laparoskopowe o zakrzywionych, zwężających się branszach? Umożliwiają one łatwiejsze preparowanie oraz zapewniają lepszą wizualizację części roboczej narzędzia? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 204**

Dotyczy pakietu nr 62

3. Mając na uwadze zabiegi laparoskopowe wykonywane na pacjentach otyłych czy wymagane jest zaoferowanie w pakiecie nr 62 również trokarów w wersji przedłużonej tj. o długości kaniuli 150mm? Standardowa długość trokara to około 100mm zależnie od producenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający tak wymaga

#### **Pytanie 205**

Dotyczy pakietu nr 62

4. Zgodnie z SIWZ Zamawiający w pakiecie nr 62 poz. 4-6 wymaga trokarów bezostrzowych. Proszę o doprecyzowanie czy zaoferowane w tym pakiecie trokary bezostrzowe mają być jednocześnie trokarami optycznymi tj. mają posiadać przezroczysty obturator z uszczelką, który umożliwi wprowadzania trokara pod kontrolą wzroku?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

#### **Pytanie 206**

Dotyczy pakietu nr 64

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 poz. 1 dopuści bezostrzowy trokar niskoprofilowany 5mm, który nie ma osłony poszerzającej gdyż nie posiada ostrza? Zamiast tego grot wyposażony jest z separującą zakończenie, które zmniejsza traumatyzację powłok przy przechodzeniu przez nie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 207**

W przetargu 17/2021 - czy Zamawiający dopuści w Pak 79 - 400 szt - " Sterylny zestaw do pobierania próbek śluzu pacjenta" - pojemność pojemnika - 10ml, czy 25ml, czy 40ml, czy 80 ml?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pojemność 10 ml

#### **Pytanie 208**

Pakiet nr 17. poz.1,2.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak

i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wyposażone w szeroki port do pobierania próbek lub wkładania saszetek żelujących, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml, 2000 ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty. Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 209**

Pakiet nr 17. poz.1,2.

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 210**

Pakiet nr 17.poz.5,6.

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnych drenów balonowych z rozszerzeniem co 1m, średnica 7mm, obydwie końcówki żeńskie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 211**

Pakiet 11 poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści czepki w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający

**Pytanie 212**

Pakiet 11 poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 213**

Pakiet 11 poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o długości 115 cm, szerokości 140 cm i długości rękawa od pachy 53 cm, zakończony elastycznym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 214**

Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 215**

Pakiet 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 216**

Pakiet 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści koszule z rozcięciem z tyłu, wiązane na troki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 217**

Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 218**

Pakiet 11 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści chustę w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający

**Pytanie 219**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od barwnego kodu na opakowaniu w zależności od- rozmiaru. Ostrza są bardzo wyraźnie oznakowane rozmiarem oraz spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 220**

Pakiet 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 160 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 221**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 26, 27, 28 i 29 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 26 igieł o parametrach 31Gx6mm, jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 222**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 26, 27, 28 i 29 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 26, 27 i 28 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 223**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 26, 27, 28 i 29 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 29 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowocenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

#### Pytanie 224


1. Czy Zamawiający w zad. 58, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:  
Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, poj. 2 litry, miękki dren antyzałamaniowy 120cm, zastawka antyzwrotna, szczegółowa skala do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, kranik spustowy typu T, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek, użycie do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SWZ nr sprawy:17/2021.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.szczecinek.pl](http://www.szpital.szczecinek.pl)

Zamawiający  
**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
  
**Aneta Bibik-Mularczyk**

