Szczecinek, dnia 18.10.2021 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 17/2021
Ogłoszenie nr 508095-2021-PL z dnia 08/10/2021

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy Rozdziału iV Tryb udzielenia zamówienia pkt 5 Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
Prosimy o wyjaśnienie ww treści SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na 80 pakietów, części. Czy przywołany zapis oznacz konieczność złożenia oferty na wszystkie 80 pakietów?
Odpowiedź:
Zamawiający: w treści SWZ jest omyłka pisarska, Zamawiający podzielił zamówienie w celu umożliwienia składania zamówienia na poszczególne części. W ogłoszeniu o zamówieniu 08/10/2021 508095-2021-PL zapisano II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Pytanie 2
Wnosimy o wykreślenie postanowień par. 2 ust 2 Umowy jako niezgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa . Skoro termin realizacji realizacji zmówienia określony jest w dniach roboczych to upływa na koniec ostatniego dnia terminu nie zas o g. 14
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wyraża zgody, magazyn medyczny jest czynny do godz. 14

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu ISO 9001:2015

Pytanie 4
Pakiet nr 13
1. Poz. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze 350x200? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 5
Pakiet nr 13
2. Poz. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze 400x200? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 6
Pakiet nr 13
3. Poz. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze 350x100? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 7
Pakiet nr 13
4. Poz.20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów wykonanych laminatu foliowego 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, w wymiarze 220x70 z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 8
Pakiet nr 13
5. Poz.21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów wykonanych laminatu foliowego 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, w wymiarze 420x70 z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 9
Pakiet nr 13
6. Poz.22-24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze min 57g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10
Pakiet nr 13
7. Poz. 9-21
Czy ze względu na fakt, iż opakowania do sterylizacji są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu i pozwoli na złożenie potwierdzenia norm wydanego przez producenta wyrobu?
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 11
Pakiet nr 13
8. Poz. 9-21
Czy ze względu na fakt, iż zalecana temperatura zgrzewu jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia zgrzewającego, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów, których temperatura zgrzewu jest w przedziale 150-200°C?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12
1. Pakiet 12 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik G-Tube bez dodatkowe dwóch bocznych otworów na końcu zgłębnika? Obecnie na rynku nie występują zgłębniki G-Tube z otworami bocznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 13
2. Pakiet 12 poz. 5
Prosimy o dookreślenie czy podaż diety przez zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego ma odbywać się metodą grawitacyjną czy przez pompę? W przypadku podaży przez pompę prosimy o podanie do jakiej pompy mają pasować zestawy.
Odpowiedź:
Zamawiający: podaż diety metodą grawitacyjną

Pytanie 14
3. Pakiet 12 poz. 5 i 6
Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego oraz Strzykawkę enteralną z końcówką EnFit?

W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. W związku z powyższym na rynku nie występują zestawy i strzykawki do żywienia enteralnego ze złączem EnLock.
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 15
Dotyczy Załącznika nr 2 formularza cenowego, punkt 1
Prosimy o dopuszczenie igły do biopsji mammotomicznej gruczołu piersiowego amerykańskiej firmy Hologic:
kompatybilna z zaoferowanym sprzętem pozwalająca na zobrazowanie pod kontrolą USG i RTG, możliwość pobrania kilku próbek wycinków zmiany w piersi za jednym wkłuciem, zaopatrzona w zbiorniczek na pobrany materiał, możliwość podania znieczulenia ręcznie i automatycznie, igła zakończona ostrzem trokarowym, rozmiar 9G i 12G
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 16
Dotyczy Załącznika nr 2 formularza cenowego, Parametry dzierżawionego urządzenia
W celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania atrakcyjnych ofert prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenia ATEC Sapphire firmy Hologic o parametrach:

L.p.	Parametry wymagane dzierżawionego urządzenia	Potwierdzenie spełniania wymagań TAK/NIE	Wykonawca
1.	Nazwa		
2.	Typ		
3.	Producent		
4.	Kraj pochodzenia		
5.	Warunki eksploatacji sprzętu: 100-250V, 5A, 50-60 Hz	TAK	
6.	Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno-sterującą	TAK	
7.	Modułu kontrolny zainstalowany na zespole jezdnym, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.	TAK	
8.	Zintegrowany system próżniowy wytwarzający podciśnienie niezbędne do pobierania próbek z automatyczną kontrolą siły ssania w trakcie wykonywania procedury.	TAK	
9.	Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą systemu stereotaktycznego RTG oraz pod kontrolą USG bez konieczności wymiany systemu rękojeści i igieł.	TAK	
10.	Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą rezonansu	TAK	
11.	Możliwość stosowania znaczników biopsyjnych.	TAK	
12.	Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z miejsca badanej zmiany i zatrzymywania procesu biopsji i pracy igły.	TAK	
13.	System zapewnia możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu, przy zatrzymanym procesie pobierania bioptatów jak i w trakcie pracy igły. Proces podawania ręczny	TAK	

	i automatyczny		
14.	System zapewnia możliwość przepłukiwania miejsca wycinka.	TAK	
15.	Koszyczek na bioptaty z siateczką o szczelinie nie większej niż 180 mikronów zabezpieczająca możliwość wydostania się mikro zwapnień podczas biopsji lub płukania	TAK	
16.	Urządzenie zapewniające szybki proces pobierania wycinków, długość cyklu (otwarcie igły, wycięcie zmiany, zamknięcie igły) 4,5s	TAK	
17.	Proces wycinania rotacyjny	TAK	
18.	Rękojeść, igła, węże ciśnieniowe do każdego zabiegu sterylne i jednorazowego użytku.	TAK	
19.	Obrót rękojeści o 360°	TAK	
20.	Możliwość stosowania, dwóch rozmiarów igieł: 9 G, 12 G	TAK	
21.	Długość okna biopsyjnego w dwóch rozmiarach min. 12 mm i min. 20 mm	TAK	
22.	Dostępność długości igieł, 9 cm, 12 cm, 14cm	TAK	
23.	Igła z ostrzem trokarowym	TAK	
24.	Urządzenie nie powinno pozwalać na pozostawienie igły niezamkniętej, każde zatrzymanie biopsji powinno się wiązać z zamknięciem igły. Możliwość otwarcia igły tylko w trybie ręcznym	TAK	
25.	Siła próżni modułu kontrolnego: 28Hg	TAK	
26.	Możliwość instalacji pojemnika na płyny powstałe podczas biopsji	TAK	
27.	Na wyposażeniu przycisk nożny sterowany pneumatycznie	TAK	
28.	Urządzenie w pełni zautomatyzowane bez wyświetlaczy, klawiatura membranowa	TAK	
29.	Deklaracje CE	TAK	
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej	TAK	
31.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	
32.	Serwis urządzenia po stronie wydzierżawiającego	TAK	

Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 17
Pytanie 2
Dotyczy Załącznika nr 2 formularza cenowego, punkt 2
Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 490ml
Odpowiedź:

Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 18
W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych, dotyczy igieł, pojemników jak i dzierżawy systemu.
Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.
Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu wirusa
COVID-19 i związanych z obecną sytuacją działań służb sanitarnych wielu państw mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach.
Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.
Przedmiot zamówienia produkowany jest przez Firmę Hologic z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty
i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który
w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.
W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie dopuszcza

Pytanie 19
Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 6 lit a), b)
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary
w wysokości 10% części niezrealizowanej wartości umowy brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 20
Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 3
Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego
i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wyraża zgody

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SWZ nr sprawy:17/2021.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
Aneta Bibik-Mularczyk